



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
e.mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br
Fone/Fax 0xx48 3245 4300

ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2017 - RP

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, mediante Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 12.046, de 02 de janeiro de 2017, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve uma supressão no Edital, ou seja:

Onde se lê:

38 – 10 un Oxímetro de pulso: Portátil de mão, com curva plestimográfica e 3 sensores de spo2.

Leia-se:

38 – 10 un Oxímetro de pulso de dedo, portátil, com display de LED, Intervalo de medição de SpO2 entre 70-99% com precisão de $\pm 2\%$. Possuir frequência de Pulso: Intervalo de medição: 30-250 BPM. Funcionamento com duas pilhas tipo “AAA” com possibilidade de duração de 18 horas de monitorização contínua. Peso aprox: 50g incluindo pilhas. Equipamento deverá acompanhar 2 pilhas Alcalinas “AAA”, 1 colar de transporte e Manual de funcionamento em português. Equipamento deverá possuir barras laterais para maior precisão de leitura em locais com grande luminosidade. Apresentar Autorização do Fabricante ou Importador autorizando a Distribuidora a comercializar os produtos ofertados. Apresentar Registro junto ao ministério da Saúde / ANVISA (12-02-0021).

Onde se lê:

12 – 05 un Câmara para Conservação de Imunobiológicos: Tipo vertical, controle de temperatura +2 a +8°C, microprocessado, homogeneização de temperatura, alarmes, leitura de Mínima, máxima e atual temperatura, software de gerenciamento, discador telefônico, controlador de tensão elétrica e Sistema de Emergência para falta de energia elétrica até 48 horas. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA (12-01-9983).

Leia-se:

12 – 05 un Câmara para Conservação de Imunobiológicos: Tipo vertical, capacidade variável de 340 à 350 litros, controle de temperatura +2 a +8°C, 340 a 350 litros, microprocessado, homogeneização de temperatura, alarmes, leitura de Mínima, máxima e atual temperatura, software de gerenciamento, discador telefônico, controlador de tensão elétrica e Sistema de Emergência para falta de energia elétrica até 48 horas. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA (12-01-9983).

Permanecem inalterados os demais itens do Edital.

Santo Amaro da Imperatriz, em 09 de Fevereiro de 2017.

EDÉSIO JUSTEN
Prefeito Municipal