



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

ANEXO II

MARCAS PRÉ APROVADAS

Item	Descrição	Apresentação	Quantidade	Marcas Pré Aprovadas
1	<b>Abaixador de Língua</b> - Abaixador de língua: características: espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 13,5 cm de comprimento; 1,5 cm de largura; 2 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças, cada peça encapada ou embalada individualmente. Registro na Anvisa.	Pacote c/ 100 Unidades	300	Estilo ou Amostras
2	<b>Abocath N° 14</b> - Cateter venoso periférico de média duração n° 14, com dispositivo de segurança, estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, cateter confeccionado em VIALON ou POLIURETANO, flexível, atóxico, radiopaco e transparente. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação e guia indicador da posição do bisel, sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a agulha após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde conforme a NR32. A empresa deverá apresentar boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA e Registro na Anvisa.	Unidade	4.000	BD, Descarpack ou Amostras
3	<b>Abocath N° 16</b> - Cateter venoso periférico de média duração n° 16, com dispositivo de segurança, estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, cateter confeccionado em VIALON ou POLIURETANO, flexível, atóxico, radiopaco e transparente. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação e guia indicador da	Unidade	4.000	BD, Descarpack ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	posição do bisel, sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a agulha após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde conforme a NR32. A empresa deverá apresentar boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA e Registro na Anvisa.			
<b>4</b>	<b>Abocath N° 18</b> - Cateter venoso periférico de média duração n° 18, com dispositivo de segurança, estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, cateter confeccionado em VIALON ou POLIURETANO, flexível, atóxico, radiopaco e transparente. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação e guia indicador da posição do bisel, sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a agulha após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde conforme a NR32. A empresa deverá apresentar boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA e Registro na Anvisa.	Unidade	4.000,00	BD, Descarpack ou Amostras
<b>5</b>	<b>Abocath N° 20</b> - Cateter venoso periférico de média duração n° 20, com dispositivo de segurança, estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, cateter confeccionado em VIALON ou POLIURETANO, flexível, atóxico, radiopaco e transparente. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação e guia indicador da posição do bisel, sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a agulha após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde conforme a NR32. A empresa deverá apresentar boas	Unidade	4.000,00	BD, Descarpack ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	práticas de fabricação emitido pela ANVISA e Registro na Anvisa.			
6	<b>Abocath N° 22</b> - Cateter venoso periférico de média duração n° 22, com dispositivo de segurança, estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, cateter confeccionado em VIALON ou POLIURETANO, flexível, atóxico, radiopaco e transparente. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação e guia indicador da posição do bisel, sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a agulha após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde conforme a NR32. A empresa deverá apresentar boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA e Registro na Anvisa.	Unidade	6.000	BD, Descarpack ou Amostras
7	<b>Abocath N° 24</b> - Cateter venoso periférico de média duração n° 24, com dispositivo de segurança, estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, cateter confeccionado em VIALON ou POLIURETANO, flexível, atóxico, radiopaco e transparente. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação e guia indicador da posição do bisel, sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a agulha após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde conforme a NR32. A empresa deverá apresentar boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA e Registro na Anvisa.	Unidade	4.000	BD, Descarpack ou Amostras
8	<b>Ácidos graxos essenciais</b> , tratamento oleoso para curativo, para uso em pele lesionada, restaurador do epitélio, composto de óleos vegetais polissaturados, ácido linoleico, ácidos cáprico, caprílico, capróico, láurico, lecitina de soja, vitamina A, vitamina E, para uso de qualquer tipo de	Frasco	5.000	Curatec ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	ferida limpa, conteúdo 200 ml, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS classificado como produto para saúde.			
9	<b>Água Oxigenada</b> 10 volumes, embalagem individual, frasco contendo 1000ml todo o produto deve estar seguro pela anvisa, a embalagem nas formas da abnt especificando validade, nº do lote, registro de responsável técnico.	Litro	300	Rioquímica ou Amostras ou Catálogo com descritivos
10	<b>Agulha 13x0,45</b> - Agulha descartável hipodérmica, calibre 13/0.45, estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na anvisa.	Caixa c/ 100 Unidades	300	BD, Descarpack ou Amostras
11	<b>Agulha 20x5,5</b> - Agulha descartável hipodérmica, calibre 20/5.5, estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na Anvisa.	Caixa c/ 100 Unidades	200	BD, Descarpack ou Amostras
12	<b>Agulha 25x7,0</b> - Agulha descartável nº. 25 x 7,0 estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (nbr). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno,	Caixa c/ 100 Unidades	200	BD, Descarpack ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na anvisa.			
<b>13</b>	<b>Agulha 25x8,0</b> - Agulha descartável 25 x 8,0 estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (nbr). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na anvisa.	Caixa c/ 100 Unidades	200	BD, Descarpack ou Amostras
<b>14</b>	<b>Agulha 30x7,0</b> - Agulha descartável 30 x 7,0 estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na Anvisa.	Caixa c/ 100 Unidades	200	BD, Descarpack ou Amostras
<b>15</b>	<b>Agulha 30x8,0</b> - Agulha descartável 30 x 8,0 estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na Anvisa.	Caixa c/ 100 Unidades	200	BD, Descarpack ou Amostras
<b>16</b>	<b>Agulha 40x12</b> - Agulha descartável 40 x 12, estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave,	Caixa c/ 100 Unidades	400	BD, Descarpack ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (nbr). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na anvisa.			
<b>17</b>	<b>Alcool Líquido 70%</b> - Alcool Líquido 70% em frascos de 1000ml.	Litro	1.500	Amostras
<b>18</b>	<b>Algodão</b> - Algodão hidrófilo pacote 500 gramas, tamanho com mínimo de 24cm de largura cor branca, puro, sem imperfeições ou impurezas, acondicionado em rolo com camada continua, sobre papel apropriado em toda sua extensão, embalado individualmente. Apresentar amostra e junto a proposta registro ms.	Rolo	500	Cremer, Neve, Melhormed ou Amostras
<b>19</b>	Aplicador de Hidróxido de Cálcio em metal esterilizável	Unidade	50	KG, FGM ou Amostras
<b>20</b>	Aspirador cirúrgico portátil: é um aparelho que visa aspirar secreções e fluidos corporais utilizando um controle de pressão de válvula regulável com manômetro indicativo de pressão e motor a pistão isento de óleo. - Mangueira de Silicone - Compressor isento de óleo - Válvula Reguladora de vácuo com agulha inox - Agulha Central de inox - Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz - Rotação 1750 rpm - Protetor térmico - Frasco autoclavável em policarbonato	Unidade	06	Catálogo
<b>21</b>	<b>Atadura 06cm</b> - Atadura de Crepom tipo I medindo 06 de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de no mínimo 13 fios/cm <sup>2</sup> , com peso de 13,3g por unidade, confeccionada em tecido de 80 á 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente com pacote de 12 Unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056.	Pacote c/ 12 Unidades	1.800	Cremer, Neve, Melhormed ou Amostras
<b>22</b>	<b>Atadura 10cm</b> - Atadura de Crepom tipo I medindo 10 de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de no mínimo 13 fios/cm <sup>2</sup> , com peso de	Pacote c/ 12 Unidades	6.000	Cremer, Neve, Melhormed ou



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	13,3g por unidade, confeccionada em tecido 80 á 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente com pacote de 12 Unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056.			Amostras
<b>23</b>	<b>Atadura 15cm</b> - Atadura de Crepom tipo I medindo 15 de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de no mínimo 13 fios/cm <sup>2</sup> , com peso de 13,3g por unidade, confeccionada em tecido 80 á 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente com pacote de 12 Unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056.	Pacote c/ 12 Unidades	6.000	Cremer, Neve, Melhormed ou Amostras
<b>24</b>	<b>Atadura 20cm</b> - Atadura de Crepom tipo I medindo 20 de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de no mínimo 13 fios/cm <sup>2</sup> , com peso de 13,3g por unidade, confeccionada em tecido 80 á 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente com pacote de 12 Unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056.	Pacote c/ 12 Unidades	3.000	Cremer, Neve, Melhormed ou Amostras
<b>25</b>	<b>Atadura de Rayon</b> - Confeccionada em 100% fibras sintéticas rayon e isento de impurezas, de rasgos, fios soltos ou manchas. Apirogênica e atóxica, com no mínimo; tamanho de 7,5cm de largura e 4,5metros de comprimento.	Rolo	2.000	Medihouse ou Amostras
<b>26</b>	<b>Avental Manga Longa Descartável</b> - não estéril, em não tecido, processo sms, hidrorrepelente, com densidade entre 40g/m a 60g/m, tamanho aproximado 120cm de altura x 150cm de largura, cor azul ou branca, com punhos anatômicos	Pacote c/ 10 Unidades	2.500	Descarpack ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	tipo ribana, com par de amarrilhos na cintura, fixado na frente ou na lateral e um par de amarrilhos na gola para ajuste. Todo conjunto deve ser resistente e seguro, proporcionar conforto e de fácil manuseio. Embalagem contendo 10 unidades segura, com identificação do produto e lote e registro na anvisa.			
<b>27</b>	Bacia redonda grande de aço inoxidável, 30cm diâmetro, são indicados para esterilização de material em estufas e autoclaves e para auxiliar em procedimentos, com no mínimo 2500ml.	Unidade	30	Catálogo
<b>28</b>	<b>Balança antropométrica para Adulto</b> - Com capacidade até 150 Kg, com fração de 100 gramas, confeccionada em ferro fundido e chapa de aço, com tratamento prévio anti-ferruginoso, com escala antropométrica, com altura de 1,90 m, divisões de 0,50 cm, base de chapa de aço, reforçada e pintada, com tapetes e pés em borracha sintética, acabamento de ótima qualidade.	Unidade	10	Balmalk, Catálogo ou Amostras
<b>29</b>	<b>Balança digital de vidro</b> - Balança para uso pessoal, com um design moderno e fácil utilização; Design slim, reduzindo a utilização de espaço do ambiente; Base de vidro temperado de alta resistência; Liga automaticamente, basta subir; LCD grande para facilitar as leituras; Suporta até 150kg; Bateria inclusa; Manual explicativo em português. Garantia 1 ano contra defeito de fabricação.	Unidade	10	Catálogo ou Amostras
<b>30</b>	<b>Balança Pediátrica</b> - Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, capacidade entre 0 a 25kg. Que atenda a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Com tela LCD e fonte de alimentação.	Unidade	10	Balmalk, Catálogo ou Amostras
<b>31</b>	<b>Bolsa de Urina 2000ml</b> - Bolsa coletora de urina de cama, sistema herméticamente fechado, descartável transparente, estéril. Bolsa coletora em plástico, transparente, fundo claro p/ visualizar as características e drenagem, escala nítida, graduação exata para leitura de pequenos e grandes volumes, capacidade mínima prevista de 2000ml, válvula anti-refluxo e filtro bacteriológico de membrana de 0,2 micra para ar localizado na bolsa. Tubo de esvaziamento com coldre de proteção fechado fixo a bolsa e pinça corta fluxo. Tubo extensor com comprimento mínimo de 105cm e luz interna de 8mm de	Unidade	1.000	Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	diâmetro, com conector multiajustável tampa protetora e pinça corta fluxo e com ejetor lateral para coleta de urina. Dispositivo para fixação da bolsa ao leito que facilite a visualização da drenagem. Todo sistema deve ser resistente, proporcionar fluxo seguro, manuseio fácil, ser isento de resíduos e impurezas, atóxico e oferecer total segurança na utilização. Embalagem segura com abertura asséptica, em papel grau cirurgico, todo o produto deve estar dentro das normas da abnt (data de esterilização, validade, lote e registro na anvisa).			
<b>32</b>	<b>Bota de Unna</b> - Bandagem flexível de gaze branca (70% poliéster e 30% algodão), impregnada com pasta, não solidificável, de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e vaselina. Indicado para feitura de bota de unna. Tamanho de 10cm x 9m. Embalagem interna que proporcione adequada proteção ao produto e externa que contenha identificação, lote, validade, fabricação e registro na anvisa.	Unidade	2.000	Curatec ou Amostras
<b>33</b>	<b>Cadeira de Banho</b> - Estrutura em aço carbono; Cor: preta; Fixa com braço flexível; Freios bilaterais; Apoio para os pés e braços; Rodas dianteiras fixas; Rodas traseiras giratórias; 53.0 x 50.0 x 92.0 cm.	Unidade	20	Catálogo
<b>34</b>	<b>Cadeira de rodas Adulto</b> - Em aço com pintura epóxi - cinza Dobrável em X; Largura mínima do assento 40 cm Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; Indicada para usuários até 100kg. Com elevação de pernas e suporte de soro; Opcionais: Pneu traseiro inflável; Assento e encosto em courvin; Cromada	Unidade	20	Catálogo
<b>35</b>	Câmara para Conservação de Imunobiológicos: Tipo vertical, controle de temperatura +2 a +8°C, microprocessado, homogeneização de temperatura, alarmes, leitura de mínima, máxima e atual temperatura, software de gerenciamento, discador telefônico, controlador de tensão elétrica e Sistema de Emergência para falta de energia elétrica até 48 horas. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	Unidade	01	Catálogo
<b>36</b>	CAMISOLA: Avental Confeccionado em TNT, Sem Manga, Cor Azul Marinho não transparente. Produto descartável, leve, não estéril, atóxico	Unidade	600	Descarpack ou Amostras
<b>37</b>	Clorexidina 4% solução degermante 1.000ml	Litro	200	Rioquímica ou Amostras
<b>38</b>	Clorexidina alcoolica 2%. Frasco com 1000ml	Litro	200	Rioquímica ou Amostras
<b>39</b>	Clorexidina degermante 2%. 1.000ml	Litro	200	Rioquímica



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

				ou Amostras
<b>40</b>	Clorexidina Gel 2% unidade contendo 100 ml	Un	100	Rioquímica ou Amostras
<b>41</b>	<b>Coletor Perfuro C. 7 Litros</b> - Coletor (p) p/ materiais pérfuro cortantes e biológicos capacidade de 7 litros. Com paredes rígidas, resistente a perfurações e vazamentos. Bocal deve permitir colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, de forma segura. Alças e tampa protetora resistente e segura. Superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante (nbr 7.500), embalagem segura contendo registro da anvisa.	Unidade	1.000	Descarpack ou Amostras
<b>42</b>	<b>Cartoonbox Perfuro C. 13 Litros</b> - Coletor (p) p/ materiais pérfuro cortantes e biológicos capacidade de 13 litros. Com paredes rígidas, resistente a perfurações e vazamentos. Bocal deve permitir colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, de forma segura. Alças e tampa protetora resistente e segura. Superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante (nbr 7.500), embalagem segura contendo registro da anvisa.	Unidade	1.000	Descarpack ou Amostras
<b>43</b>	Coletor de urina de perna 500ml, confeccionado em pvc atóxico pneumático, sistema fechado, válvula anti-refluxo, conector de entrada e saída drenagem, tiras de borracha laminada para fixação na perna (com regulagem). Com extensão de tubo em pvc com dispositivo urinário condon. Especificações externas de validade, nº. Do lote e registro de responsável técnico.	Unidade	5.000	Amostras
<b>44</b>	Compressa de gaze e algodão - O Curativo Algodonado Estéril é constituído de manta de algodão medicinal (hidrófilo), envolto de tecido de gaze hidrófila. Medindo 15 cm por 30 cm.	Unidade	30.000	Neve, Cremer, Melhormed
<b>45</b>	Compressa de gaze hidrófila não estéril medindo 7,5x7,5 fechada e 15x30cm quando aberta, densidade de 13 fios por cm <sup>2</sup> , confeccionadas em fios algodão em tecido tipo tela, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas substancias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. Embalagens em pacotes com 500 unidades com peso mínimo de 1,0 grama a unidade e 500 gramas por pacote. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR 13.843 e apresentar registro no	Pacote c/ 500 unidades	12.000	Cremer, Melhor Med, Neve ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	ministério da Saúde.			
<b>46</b>	Compressor odontológico: para 3 Equipos/consultórios, isento de óleo e com baixo nível de ruído. Indicado para uso externo; Reservatório de 100 litros horizontal com capacidade maior de ar armazenado	Unidade	02	Catálogo
<b>47</b>	<b>Computador</b> - Com processador no mínimo intel core i5 ou amd a10; memória ram: 8gb, ddr4, 1600mhz; disco rígido: mínimo de 1TB; tipo de monitor: 21"; mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); fonte compatível com o item; sistema operacional: windows 7 pro (64 bits); garantia: mínima de 12 meses; teclado: usb, abnt2, 107 teclas (com fio); interface de rede: 10/100/1000 e wifi; interfaces de vídeo: integrada; unidade de disco óptico: cd/dvd rom.	Unidade	10	Catálogo
<b>48</b>	<b>Curativo alveolar com própolis</b>	Unidade	20	Amostras
<b>49</b>	<b>Cureta periodontal PL 1-2, aço inox, cabo 8 mm</b>	Unidade	10	Amostras
<b>50</b>	<b>Cureta periodontal PL 5-6, aço inox, cabo 8mm</b>	Unidade	10	Amostras
<b>51</b>	DEA - Desfibrilador externo automático portátil: PDM: 2717 - recursos integrados monitor ecg tipo onda bifásica, tempo máximo carga até 10, memória grava ecg, eventos, som ambiente, alimentação bateria lítio, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente pás adesivas descartáveis, componentes adicionais tecla c/ mensagem de texto, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, c/ alça transporte, maleta. (Desfibrilador Externo Automático (D.E.A.), equipamento portátil, leve, microprocessado, tamanho reduzido, adaptável a qualquer paciente tanto adulto como infantil e neonatal, projetado para uso de emergências cardíacas com aplicação de choques por meio de pás adesivas, sistema automático de avaliação de ECG na tela (display) de cristal líquido, orientações e comandos em texto em tempo real por voz e texto exibido no display, além do número de choques e tempo decorrido. Visualização do status da bateria com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Modo de desfibrilação adulto 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia da reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica através de sistema para comutação que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules) de forma automática. Alimentação: bateria de lithium (recarregável) de longa duração com capacidade mínima de 200	Unidade	05	Catálogo



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	choques ou 12 horas de monitoramento ou 3 anos em stand by. Acompanha bolsa protetora com alça para transporte, 01 carregador de bateria, 01 par de eletrodos autoadesivos para adultos, 01 par de eletrodos autoadesivos infantil, manual do usuário, DVD de treinamento detalhado e instruções de uso. Possuir software com cabo de transmissão de dados para microcomputador, possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 3 anos.)			
<b>52</b>	<b>Descolador de molt nº 9</b>	Unidade	50	Amostras
<b>53</b>	<b>Descolador freer duplo</b>	Unidade	10	Amostras
<b>54</b>	<b>Detector fetal -</b> Portátil digital com tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal e Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático e com regulagem de volume; Alimentação 2 baterias 9 volts; Frequência 2,2 mhz; Com Estojo e alojamento para transdutor na parte inferior (2 Anos de Garantia e selo do inmetro).	Unidade	15	MD ou Catálogo
<b>55</b>	Detergente e desincrostante para instrumental cirúrgico. Detergente e desincrostante para instrumental cirúrgico - solução limpadora enzimática composta de enzimas Amilase e proteases em concentração mínima de 15%. Carbohidrase e lípase com concentração mínima de 10% de ação sinérgica, contendo tensoativonão-iônico até 5% e álcool isopropílico a 10% pH neutro, biodegradável, não corrosivo, não irritante para pele e mucosas, não deixar resíduos. Para uso em lavagem manual de: instrumentais cirúrgicos. Acondicionado e embalado de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no MS, frascos de 05 litros.	Galão 5L	200	Rioquímica ou Amostras ou Catálogo com descritivos
<b>56</b>	<b>Scalp N° 21</b> - Dispositivo p/ punção venosa nº 21g, com cânula de metal, estéril, descartável. Com agulha reta siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto biangulado e trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração e deslize seguro com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível. Tubo extensor transparente e flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm, conector rígido luer-lok cônico com protetor que proporcione vedação segura codificado por cores de acordo com a nbr 9753. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação	Unidade	4.000	Descarpack ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	do produto, validade e lote, conforme abnt e registro na anvisa.			
<b>57</b>	<b>Scalp N° 23</b> - Dispositivo p/ punção venosa n° 23g, com cânula de metal, estéril, descartável. Com agulha reta siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto biangulado e trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração e deslize seguro com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível. Tubo extensor transparente e flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm, conector rígido luer-lok cônico com protetor que proporcione vedação segura codificado por cores de acordo com a nbr 9753. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote, conforme abnt e registro na anvisa.	Unidade	4.000	Descarpack ou Amostras
<b>58</b>	<b>Scalp N° 25</b> - Dispositivo p/ punção venosa n° 25g com cânula de metal, estéril, descartável. Com agulha reta siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto biangulado e trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração e deslize seguro com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível. Tubo extensor transparente e flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm, conector rígido luer-lok cônico com protetor que proporcione vedação segura codificado por cores de acordo com a nbr 9753. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote, conforme abnt e registro na Anvisa.	Unidade	4.000	Descarpack ou Amostras
<b>59</b>	Dispositivo para abertura e irrigação com uma ponta perfurante, para uso em frascos de solução em sistema fechado. Adaptador para frascos de soro, sistema fechado, com dimensional do penetrador conforme NBR 14041, que facilita a utilização das soluções em almotolia e permita fracionamento por meio de conectores luer slip e lock de seringas e extensores. Deve possuir asas com pega ergonômica de no mínimo 29mm de ponta a ponta. Com protetores que garantam a esterilidade do produto após a abertura da embalagem. Embalado em papel cirúrgico e esterilizado a óxido de etileno.	Unidade	5.000	TKL ou Amostras
<b>60</b>	<b>Uripem N°5</b> - Dispositivo urinário látex auto adesivo hipoalergênico com bulbo resistente acotovelamento e conector universal tamanho médio n°. 5	Unidade	3.000	Coloplast ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

<b>61</b>	<b>Uripem Nº 6</b> - Dispositivo urinário látex auto adesivo hipoalergênico com bulbo resistente acotovelamento e conector universal tamanho médio nº. 5	Unidade	1.000	Coloplast ou amostras
<b>62</b>	<b>Equipo com Ejetor Lateral</b> - Equipo macrogotas estéril, uso único, biocompatível, ponta perfurante, multiajustável com protetor, câmara de gotejamento macrogotas flexível de no mínimo 9ml, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC atóxico e aprotogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com trava que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário) e pinça clamp (que assegure a interrupção do fluxo em zero quando necessário sem alterar a regulagem da pinça rolete). Ponto de infusão lateral (em Y) autocicatrizante com protetor de dedos atendendo a NR32, conector rotativo slip e lock na mesma peça e tampa protetora com filtro que permita a retirada do ar sem desconectá-la. Medindo o sistema inteiro o mínimo de 150cm. Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, permitindo abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar junto a proposta registro no MS, certificado de conformidade com o INMETRO.	Unidade	5.000	TKL ou Amostras
<b>63</b>	<b>Equipo de Alimentação</b> - Deverá ser estéril e Fabricado em PVC flexível; Possuir ponta perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento; Viabilizar o controle de fluxo de soluções, uma vez que, possui pinça rolete que garante precisão no controle de gotejamento; com tubo, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; e Conectores luer slip ou escalonado; Deverá também ser Atóxico e aprotogênico; E também Descartável e de uso único.	Unidade	3.000	TKL ou Amostras
<b>64</b>	<b>Escada 2 degraus</b> - Hospitalar em aço inoxidável: Estrutura em tubos redondos de 19,05mm de diâmetro, pisos em chapa de aço revestidos com passadeira de borracha ou PVC preta antiderrapante, pés com ponteiros.	Unidade	05	Catálogo
<b>65</b>	Escova de campos da paz - cabo em plástico, cerdas flexíveis e macias de pontas arredontadas e atraumáticas, que proporcione manejo seguro e eficiência na coleta do material no colo do útero, as cerdas da ponta devem proporcionar um círculo de no máximo 0,5cm de diâmetro.	Pacote c/ 100 unidades	200	Kolplast ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, esterilizada a óxido de etileno, pacote com 100 o produto deve medir 20cm de comprimento e. Todo produto deve estar livre de resíduos e impurezas. Embalagem segura com abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade e lote, conforme abnt e registro na anvisa.			
66	Esfigmomanômetro Digital Automático Adulto - Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço; Indicador de Arritmia Cardíaca; Indicador Gráfico de Nível de Hipertensão: Através de um gráfico de cores o aparelho automaticamente avalia o resultado obtido e classifica o risco de hipertensão de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS); Tripla Zona de Memória; Memória com hora e data; Tripla zona de memória; Totalmente Automático; Medidor de pressão e pulsação; Medição no braço; Verificado e Aprovado pelo INMETRO; Precisão clinicamente comprovada de acordo com os protocolos da AAMI (Associação Americana de Instrumentos) e da BHS (Sociedade Britânica de Hipertensão); Conteúdo da embalagem: 01 Aparelho de Pressão Digital de Braço; 01 braçadeira tamanho 22 a 32cm; 01 manual de Instruções em português.	Unidade	50	Amostras
67	<b>Esfigmomanômetro Pediátrico</b> - Esfigmomanômetro resistentes à quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra grande para rápida insuflação do manguito acoplado ao manômetro. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro moldado em ABS ou liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção de impactos e choques. Deverá atender as normas AAMI-ANSI SP10 ou GAMMA. Possuir laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação por período de 2 á 5 anos contra defeitos de calibração após a compra. As informações devem se comprovadas através do catálogo original do produto registrado na ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito pediátrico de 10 á 18cm, 01 braçadeira com manguito pediátrico de 18 cm á 25 cm, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instrução em português. Apresentar catálogo para análise. Apresentar registro junto ao ministério da Saúde/ANVISA	Unidade	40	Amostras
68	<b>Esfigmomanômetro Obeso</b> -	Unidade	40	Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	<p>Esfigmomanômetro resistentes á quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra grande para rápida insuflação do manguito acoplado ao manômetro. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro moldado em ABS ou liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção de impactos e choques. Deverá atender as normas AAMI-ANSI SP10 ou GAMMA. Possuir laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação por período de 2 á 5 anos contra defeitos de calibração após a compra. As informações devem se comprovadas através do catálogo original do produto registrado na ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. Devera acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito Obeso, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instrução em português. Apresentar catálogo para análise. Apresentar registro junto ao ministério da Saúde/ANVISA</p>			
<b>69</b>	<p><b>Esparadrupo 5 Centímetros</b> Esparadrupo impermeável e antialérgico, 5 cm x 4,5 m resistente, atóxico, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e rezina. Fácil de rasgar, isento de resíduos e impurezas, de fácil manuseio, alto poder de aderência e flexibilidade segura. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote e registro na anvisa.</p>	Unidade	8.000	Cremer, Missner ou Amostras
<b>70</b>	<p><b>Esparadrupo 10 Centímetros</b> Esparadrupo impermeável e antialérgico, 10 cm x 4,5 m resistente, atóxico, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e rezina. Fácil de rasgar, isento de resíduos e impurezas, de fácil manuseio, alto poder de aderência e flexibilidade segura. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote e registro na anvisa.</p>	Unidade	4.000	Cremer, Missner ou Amostras
<b>71</b>	<p><b>Espátula de Ayres - Espátula de Ayres</b> em plástico, esteril, embalado individualmente, resistente, pontas arredondadas, descartáveis, utilizadas para coleta de exame ginecológico. Pacote com 100</p>	Pacote c/ 100 Unidades	200	Estilo ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	unidades. apresentar junto a proposta amos.			
<b>72</b>	<b>Especulo G</b> Espéculo ginecológico tamanho G com lubrificante que proporcione penetração suave, estéril e descartável, hipoalergênico, formado por duas conchas de poliestireno cristal medindo entre 1.8cm e máximo de 2,2cm e um parafuso de poliestireno de alto impacto, em pacotes individualizados, que proporcione introdução segura e atraumática. Sistema de abertura em parafuso borboleta, resistente, que proporcione abertura do material com segurança. Superfície e pontas livres de irregularidades. Todo produto deve estar livre de resíduos e impurezas. A embalagem deve conter a especificação de tamanho, data de validade registro na anvisa, conforme normas da ABNT.	Unidade	7.000	Amostras
<b>73</b>	<b>Especulo M</b> Espéculo ginecológico tamanho M, com lubrificante que proporcione penetração suave, estéril e descartável, hipoalergênico, formado por duas conchas de poliestireno cristal medindo entre 2.4cm e máximo de 2,8cm e um parafuso de poliestireno de alto impacto, em pacotes individualizados, que proporcione introdução segura e atraumática. Sistema de abertura em parafuso borboleta, resistente, que proporcione abertura do material com segurança. Superfície e pontas livres de irregularidades. Todo produto deve estar livre de resíduos e impurezas. A embalagem deve conter a especificação de tamanho, data de validade registro na anvisa, conforme normas da ABNT.	Unidade	7.000	Amostras
<b>74</b>	<b>Especulo P</b> Espéculo ginecológico tamanho P com lubrificante que proporcione penetração suave, estéril e descartável, hipoalergênico, formado por duas conchas de poliestireno cristal medindo entre 1.8cm e máximo de 2,2cm e um parafuso de poliestireno de alto impacto, em pacotes individualizados, que proporcione introdução segura e atraumática. Sistema de abertura em parafuso borboleta, resistente, que proporcione abertura do material com segurança. Superfície e pontas livres de irregularidades. Todo produto deve estar livre de resíduos e impurezas. A embalagem deve conter a especificação de tamanho, data de validade registro na	Unidade	4.500	Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	anvisa, conforme normas da ABNT.			
<b>75</b>	<b>Estetoscópio Pediátrico</b> Auscultador em aço inox, tubos em polipropileno de alta resistência e flexíveis, hastes em aço inox, olivas em silicone ou similar, que ofereça vedação aos ruídos externos, som simples, auscultador com diafragma para auscultação dos sons cardíacos e pulmonares. Ajuste anatômico ao canal auditivo, tubulação de alta resistência, embalagem individual contendo identificação do fabricante e do produto acompanhado de laudo de fabricação ou qualidade, amostra do produto e embalagem de acordo com o código de defesa do consumidor e registro na ANVISA.	Unidade	40	Amostras
<b>76</b>	<b>Estetoscópio Adulto</b> Auscultador em aço inox, tubos em polipropileno de alta resistência e flexíveis, hastes em aço inox, olivas em silicone ou similar, que ofereça vedação aos ruídos externos, som simples, auscultador com diafragma para auscultação dos sons cardíacos e pulmonares. Ajuste anatômico ao canal auditivo, tubulação de alta resistência, embalagem individual contendo identificação do fabricante e do produto acompanhado de laudo de fabricação ou qualidade, amostra do produto e embalagem de acordo com o código de defesa do consumidor e registro na ANVISA.	Unidade	50	Amostras
<b>77</b>	<b>Estetoscópio Obeso</b> Auscultador em aço inox, tubos em polipropileno de alta resistência e flexíveis, hastes em aço inox, olivas em silicone ou similar, que ofereça vedação aos ruídos externos, som simples, auscultador com diafragma para auscultação dos sons cardíacos e pulmonares. Ajuste anatômico ao canal auditivo, tubulação de alta resistência, embalagem individual contendo identificação do fabricante e do produto acompanhado de laudo de fabricação ou qualidade, amostra do produto e embalagem de acordo com o código de defesa do consumidor e registro na ANVISA.	Unidade	40	Amostras
<b>78</b>	Fio ortodôntico de aço em vareta de 0,6mm de diâmetro, embalagem com 10 unidades	Caixa c/ 10 unidades	10	Amostras
<b>79</b>	<b>Fita Microporosa 10 Centímetros</b> - Fita adesiva microporosa branca de 10 cm x 10 m hipoalergênica, não-tecido à base de viscosa, resina acrílica e massa adesiva à base de poliácrlato hipoalergênico. Resistente, de fácil manuseio, adesividade e flexibilidade segura. Atóxica, isenta de resíduos e impurezas. Rolo com capa	Rolo	5.000	3M, Cremer ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote e registro na anvisa.			
<b>80</b>	<b>Fita Microporosa 5 Centímetros</b> - Fita adesiva microporosa branca de 5 cm x 10 m hipoalergênica, não-tecido à base de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. Resistente, de fácil manuseio, adesividade e flexibilidade segura. Atóxica, isenta de resíduos e impurezas. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote e registro na anvisa.	Unidade	8.000	3M, Cremer ou Amostras
<b>81</b>	<b>Fita Autoclave</b> - Fita adesiva para teste de esterilização em Autoclave, largura 19mm x comprimento 30m. Características: confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, possuindo listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Registro no MS.	Unidade	500	3M, Cremer ou Amostras
<b>82</b>	Fixador celular com 95% de álcool etílico extra-fino, 2,5% de carbowax, 40% de butano-propano, p/ fixação de esfregaços celulares em lâmina, embalagem individual, aerosol com 100ml, peso líquido 70g, com especificações externas de validade, nº. Do lote e registro na anvisa e de responsável técnico. Tubo/aerosol c/ 100ml.	Fr	120	Adlin diagnóstico ou Amostras
<b>83</b>	Foco de Luz para Exames Clínicos: Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, Com haste superior flexível e cromada, Altura variável entre (100 a 150 cm s/ espelho)(100 a 160 cm c/espelho. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada Halógena de 12 v x 20 watts.	Unidade	10	Catálogo
<b>84</b>	Fralda geriátrica tamanho: eg - extragrande (pacote com 07 fraldas) cintura: 110 até 165 centímetros peso: acima de 90 kg. com as seguintes características: camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; novo design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto; cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera,	Unidade	50.000	Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	<p>tonando a cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do plástico, proporcionando maior segurança e conforto; indicador de umidade para maior praticidade: a listra se torna azul sinalizando a hora de trocar o produto; os componentes são atóxicos e pré-testados. composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade mínima de absorção de 1.800 ml. (anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção)</p>			
<b>85</b>	<p>Fralda geriátrica tamanho: g - grande cintura: 80 até 150 centímetros peso: até 70 até 90 kg , com as seguintes características: camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; novo design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto; cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do plástico, proporcionando maior segurança e conforto; indicador de umidade para maior praticidade: a listra se torna azul sinalizando a hora de trocar o produto; os componentes são atóxicos e pré-testados. composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade mínima de absorção de 1.800 ml. (anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção)</p>	Unidade	80.000	Amostras
<b>86</b>	<p>Fralda geriátrica tamanho: m – média cintura: 70 até 120 centímetros peso: até 40 até 70 kg , com as seguintes características: camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas</p>	Unidade	35.000	Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	<p>proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; novo design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto; cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do plástico, proporcionando maior segurança e conforto; indicador de umidade para maior praticidade: a listra se torna azul sinalizando a hora de trocar o produto; os componentes são atóxicos e pré-testados. composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade mínima de absorção de 1.600 ml. (anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção)</p>			
<b>87</b>	<p>Fralda geriátrica tamanho: p - pequena cintura: 40 até 80 centímetros peso: até 20 até 40 kg com as seguintes características: camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas proporcionando mais segurança contra vazamentos laterais; design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto; cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tornando a cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do plástico, proporcionando maior segurança e conforto; indicador de umidade para maior praticidade: a listra se torna azul sinalizando a hora de trocar o produto; os componentes são atóxicos e pré-testados. composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade mínima de absorção de 1.100 ml. (anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção)</p>	Unidade	8.000	Amostras
<b>88</b>	<p>frasco coletor urina: Coletor de urina universal, com tampa de rosca,</p>	Unidade	1.000	Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	transparente, 80 ml.			
<b>89</b>	<b>Frasco de Alimentação</b> - Frasco fracionador para soluções enterais; deverá Permitir tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; ser Livre de Bisfenol-A; Conter a Tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral. Frasco com escala de 50 ml; Contendo dispositivo para fixação em suporte;Deverá ser Atóxico; e Volume: 500ml.	Unidade	3.000	Biofrasco-nutri, Embramed ou Amostras
<b>90</b>	<b>Gaze Tipo Queijo</b> - Compressa de gaze rolo 13 fios 91centímetros x 91 metros com peso mínimo de 2kg	Unidade/Rolo	500	Cremer, Melhor Med, Neve ou Amostras
<b>91</b>	<b>Gel para Eletro e Ultrason</b> - Gel condutor para exames de ultra-sonografia, de alta condutividade sônica, atóxico, hidrossolúvel, hipoalergênico em ph neutro, isenta de sal e princípio ativo não medicamentoso, c/ 500ML á 1L por embalagem.	Frasco 500ml	50	Carbogel
<b>92</b>	Haste flexível, com ponta de algodão, compacta nas extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 8cm. Caixa com 75 unidades.	Caixa c/ 75 unidades	300	Amostras
<b>93</b>	Hidrogel viscoso, composto de pectina e poliaminopropil biguanida (PHMB) a 0,1, com a ação antimicrobiana contra bactérias Gram-negativa e positivas, vírus, leveduras e fungos. Promove a hidratação profunda e o desbridamento mecânico, reduz a colonização, o exsudato e o odor, e favorece a cicatrização, atividade antimicrobiana comprovada de 72h. Mantém a umidade, importante na estimulação da epitelização, na formação de tecido de granulação, impedindo a necrose e a formação de crostas, facilitando a migração celular, diminuindo o trauma na troca do curativo e favorecendo uma cicatriz mais estética. Indicado para feridas contaminadas e infectadas. Características do produto: Desbridamento de feridas cutâneas crônicas (inclusive as feridas profundas); Hidratação de curativos; Coberturas de feridas, tais como compressas, gazes, curativos secundários; Mudança dos curativos, pois facilita o desprendimento da crosta consequentemente diminui a dor durante a retirada destes curativos; Desodorização de feridas contaminadas; Pode permanecer sobre a ferida até a mudança seguinte do curativo. 30g.	Unidades	200	Curatec ou Amostras
<b>94</b>	Kit de discos soflex para acabamento de resina contendo mandril.	Kit	150	Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

<b>95</b>	<b>Lâmina Bisturi N° 11</b> Lâmina de bisturi esterilizada nº 11 com 100 unidades Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos Deverá conter as seguintes Características técnicas Ser Confeccionadas em aço carbono e Esterilizadas por exposição a Raios Gama Conter Grande resistência à corrosão e perda de afiação e Embaladas individualmente em material aluminizado Manter-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Conter Registro na ANVISA.	Pacote c/ 100 Unidades	150	Advantive, Solidor ou Amostras
<b>96</b>	<b>Lâmina Bisturi N° 12</b> Lâmina de bisturi esterilizada nº 12 com 100 unidades Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos Deverá conter as seguintes Características técnicas Ser Confeccionadas em aço carbono e Esterilizadas por exposição a Raios Gama Conter Grande resistência à corrosão e perda de afiação e Embaladas individualmente em material aluminizado Manter-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Conter Registro na ANVISA.	Pacote c/ 100 Unidades	100	Advantive, Solidor ou Amostras
<b>97</b>	<b>Lâmina Microscopia</b> - Lâmina de vidro lisa, comum, com ponta fosca para preventivo embalagem contendo 50 unidades separadas individualmente por papel que mantenha a integridade do produto com dados de identificação, marca, fabricante, data da fabricação e registro na anvisa.	Pacote c/ 100 Unidades	200	Adlin Diagnóstico ou Amostras
<b>98</b>	<b>Lanceta Automática</b> Lanceta Esteril, descartável, em aço inoxidável, que dispense o uso de lancetador. Calibre 28g, profundidade de 1,5mm, com lâmina perfuro-cortante retrátil, e caixa contendo 100 unidades, em conformidade com NR32/Ministério do Trabalho e ANVISA, não permitindo ser remontada e ou reutilizada. Registrada no MS.	Caixa	350	TKL ou Amostras
<b>99</b>	<b>Lancetador</b> - Lancetador tipo caneta para lancetas universal com regulagem de profundidade da punção proporcionando conforto ao uso, com sistema de gatilho rápido de fácil manuseio.	Unidade	100	G-Tech
<b>100</b>	<b>Lençol Descartável</b> Lençol descartável COM ELÁSTICO, em	Pacote c/ 10 Unidades	2.500	Descarpack ou



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	não tecido trilaminado sms, 100% polipropileno , gramatura de 40grs/m <sup>2</sup> , na cor branca. Medidas no mínimo 2m de comprimento x 0,90m de largura, embalagem externa que mantenha a integridade do produto com dados de identificação, marca, fabricante, data da fabricação. Fornecido em pacote com 10 unidades.			Amostras
<b>101</b>	<b>Luva Plástica</b> Luva plástica c/ e.v.a, 5 dedos estéril, descartável, macia, acabamento regular e seguro. Resistente, com sistema de colagem interdígito uniforme e s/ saliências ásperas, sistema de dobra que facilite a retirada de forma asséptica. Pacote com 100 unidades em embalagem individualizada contendo lote, fabricação e validade.	Pacote c/ 100 Unidades	100	Luplast ou Amostras
<b>102</b>	maca ginecológica simples- mesa ginecológica c/ perneiras e coxim completo, confeccionada em aço inox, posição do leito móvel, com colchonete.	Unidade	6	Catálogo
<b>103</b>	mangueira de silicone (em metro) para oxigenioterapia /aspirador: inodoras, antiaderentes e esterilizáveis, flexíveis sob baixa temperatura e resistentes às altas temperaturas.	Metro	50	Amostra
<b>104</b>	<b>Manta Térmica</b> - Manta cobertor térmica aluminizada	Unidade	500	Amostras
<b>105</b>	máscara de proteção PFF-2 N95 indicação: Recomendado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides em uma faixa de tamanho de partículas de 0,1 a 10 micra (diâmetro aerodinâmico médio) ou maiores,	Unidade	300	Amostras
<b>106</b>	Máscara para oxigenioterapia: máscara respiratória, material pvc, tipo uso transparente c/elástico, tamanho pediátrico e adulto, aplicação administrar oxigenação em pacientes, tipo conectores conexão padrão(15 e 22mm)	Unidade	100	Catálogo
<b>107</b>	Micro Bruch Fino na cor, embalagem com 100 unidades; Fibras não-absorventes. Forma esférica. Ponta flexível. Validade: 2 anos. Registro Anvisa.	Pote	300	Amostras
<b>108</b>	<b>Mocho Giratório</b> - Base com cinco rodízio altura do assento regulável de 440 a 570mm e encosto 285mm e 360mm com acionamento a gás, estofamento em espuma com densidade mínima 33 com pvc laminado sem costuras, 69cm á 81cm altura mínima e máxima.	Unidade	15	Catálogo
<b>109</b>	Motor Endodôntico com contra-ângulo	Unidade	02	Catálogo
<b>110</b>	Nebulizador hospitalar 1 saída ou 3 saídas - Compressor tipo pistão auto lubrificado. Lubrificação isenta de óleo. Vazão livre de 28 litros /min. Motor compacto monofásico	Unidade	20	Catálogo



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	Pressão máxima 40 psi, tensão 110 V /220 V (Bivolt automático). Suporte para 4 kits de nebulização com copo dosador. Alça para transporte. Certificado pelo INMETRO. Acompanhamento de copinho, mangueira, máscara adulta, máscara infantil, 04 kits de nebulização completa.			
<b>111</b>	<b>Oxímetro Medidor de Pulso de Dedo</b> Oxímetro de Pulso Portátil de Dedo de alta precisão para uso profissional, utilizado para verificação contínua da saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência de pulso em paciente; Confeccionado em material resistente, compacto e leve, com peso de +ou- 40 gramas (sem baterias). Informações Técnicas: Tela LED de ótima visualização em todos os ângulos, baixo consumo de energia; Indicador de nível de bateria; Curva gráfica de sinal; Interior do clip do dedo confeccionado em borracha médica anti-alérgica; Alimentação: Pilhas 2 pilhas AAA alcalinas. Acessórios que acompanham o produto: 2 pilhas alcalinas AAA; - 1 colar de transporte; 1 manual de funcionamento em português.	Unidade	50	Amostras
<b>112</b>	<b>Oxímetro Medidor de Pulso de Dedo Infantil</b> - Oxímetro de Pulso Portátil de Dedo de alta precisão para uso profissional, utilizado para verificação contínua da saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência de 30 á 240bpm pulso em paciente; Confeccionado em material resistente, compacto e leve, com peso de +ou- 40 gramas (sem baterias). Informações Técnicas: Tela LED de ótima visualização em todos os ângulos, baixo consumo de energia; Indicador de nível de bateria; Curva gráfica de sinal; Interior do clip do dedo confeccionado em borracha médica anti-alérgica; Alimentação: Pilhas 2 pilhas AAA alcalinas. Acessórios que acompanham o produto: 2 pilhas alcalinas AAA; - 1 colar de transporte; 1 manual de funcionamento em português.	Unidade	50	Amostras
<b>113</b>	Pijama cirúrgico unisex para uso odontológico na cor azul marinho em tecido 100% algodão cedro hospitalar tamanho G Adulto	Unidade	30	Catálogo
<b>114</b>	Pijama cirúrgico unisex para uso odontológico na cor azul marinho em tecido 100% algodão cedro hospitalar tamanho M Adulto	Unidade	30	Catálogo
<b>115</b>	Pijama cirúrgico unisex para uso odontológico na cor azul marinho em tecido 100% algodão cedro hospitalar tamanho P Adulto	Unidade	30	Catálogo
<b>116</b>	Placa alginato - Curativo de Alginato de	Unidade	400	Curatec ou



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	Cálcio e sódio - Estéril - curativo embalado individualmente; Embalagem estéril; 10x10			amostras
117	<b>Placa de Hidrocolóide 10x10 cm</b> - Curativo Hidrocolóide, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. Permite a absorção do exsudato, ocorrendo alteração da cor do curativo para uma coloração esbranquiçada, indicando a necessidade de troca. Tamanho 10x10cm. Caixa com 10 unidades.	Caixa c/ 10 Unidades	250	Curatec ou Amostras
118	<b>Placa de Hidrocolóide 15x15 cm</b> - Curativo Hidrocolóide, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. Permite a absorção do exsudato, ocorrendo alteração da cor do curativo para uma coloração esbranquiçada, indicando a necessidade de troca. Tamanho 15x15cm. Caixa com 10 unidades.	Caixa c/ 10 Unidades	250	Curatec ou Amostras
119	<b>Protetor Solar</b> Protetor solar fps 50 uva/uvb + dióxido de titânio-óleo free 120ml.	Unidade	400	Amostras
120	<b>Repelente para Insetos</b> - O repelente deverá ser eficaz contra pernilongos, muriçocas, borrachudos e mosquitos. Inclusive proteger contra o mosquito da Dengue, Zika e Chikungunya. O Repelente deverá possuir DEET, um ativo responsável por inibir a tentativa dos mosquitos de se alimentar do sangue. Também deverá oferecer hidratação com Aloe e Vera ou outro hidratante natural que deixa a pele mais macia, sendo opcional com fragrância ou não.	Unidade	400	Amostras
121	Sachê de fluoreto de sódio para uso odontológico (Pote plástico contendo 500 sachês com 2,0 g de NaF).	Pote	02	Amostras
122	<b>Seladora manual para grau cirúrgico 250 mm</b>	Unidade	10	Catálogo
123	<b>Seringa de Insulina 1ml</b> - Seringa de insulina com agulha fixa 8 x 0,3. Tamanho 1ml/100u.i. Fabricada em polímero plástico inerte, ou seja, não reage com a insulina; bisel trifacetado-reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados no paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes da injeção: atóxica; apirogênica, descartável, uso único estéril -	Unidade	70.000	TKL ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	esterilizada por óxido de etileno, subdividida de uma em uma unidade insulínica, corpo transparente — permite a perfeita visualização do nível de medicamento, além de facilitar detecção de possíveis impurezas: movimento suave do êmbolo, a lubrificação com silicone de alta qualidade reduz a pressão exigida durante a aplicação da injeção, tornando-a muito mais confortável. Apresentar junto a proposta registro ms. amostra.			
<b>124</b>	<b>Seringa 10 ml</b> Seringa descartável 10ml sem agulha, estéril, bico com adaptação luer-lock. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 2 em 2ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione desli ze preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. Abnt e registro na anvisa. Caixa com 100 unidades.	Unidade	18.000	BD, Descarpack, SR ou Amostras
<b>125</b>	<b>Seringa 20 ml</b> Seringa descartável 20ml sem agulha, estéril, bico com adaptação luer-slip. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 1ml, numerada no máximo de 5 em 5ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione desli ze preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. Abnt e registro na anvisa.	Unidade	14.000	BD, Descarpack, SR ou Amostras
<b>126</b>	<b>Seringa 3 ml</b> Seringa descartável 3ml sem agulha, estéril, bico com adaptação luer-lock. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 1 em 1ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione desli ze preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. Abnt e registro na anvisa.	Unidade	18.000	BD, Descarpack, SR ou Amostras
<b>127</b>	<b>Seringa 5 ml</b> Seringa descartável 5ml sem agulha,	Unidade	18.000	BD, Descarpack,



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	estéril, bico com adaptação luer-lock. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 1 em 1ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione desli ze preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. ABNT e registro na anvisa.			SR ou Amostras
<b>128</b>	<b>Seringa 60 ml (Alimentação Enteral)</b> Seringa descartável 60ml sem agulha, estéril, bico luer-slip. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 2 em 2ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione desli ze preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. Abnt e registro na anvisa. Caixa com 100 unidades.	Unidade	5.000	BD, Descarpack, SR ou Amostras
<b>129</b>	<b>Solução de polivinilpirrolidona - iodo a 10%, tópico p/ uso externo, frasco de 1.000 ml com especificação externa, contendo data de fabricação, nº. do lote, validade e registro na ANVISA.</b>	Litro	50	Rioquímica ou amostras
<b>130</b>	<b>Solução de polivinilpirrolidona - iodo a 10%, tópico p/ uso externo, frasco de 1.000 ml com especificação externa, contendo data de fabricação, nº. do lote, validade e registro na ANVISA.</b>	Litro	100	Rioquímica ou amostras
<b>131</b>	Sonda de aspiração traqueal - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido compostas de tubo de PVC atóxico flexível tamanhos nº: 10	Unidade	200	Markmed ou Amostras
<b>132</b>	Sonda de aspiração traqueal - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido compostas de tubo de PVC	Unidade	200	Markmed ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	atóxico flexível tamanhos nº: 12			
<b>133</b>	Sonda de aspiração traqueal - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido compostas de tubo de PVC atóxico flexível tamanhos nº: 14	Unidade	200	Markmed ou Amostras
<b>134</b>	<b>Sonda de Foley Nº 16</b> Sonda foley, 2 vias, nº 16, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/conexão multiajustável. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático. Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. Abnt e registro na anvisa.	Unidade	200	Solidor ou amostras
<b>135</b>	<b>Sonda de Foley Nº 14</b> Sonda foley, 2 vias, nº 14, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/conexão multiajustável. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático. Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. Abnt e registro na anvisa.	Unidade	200	Splidor ou amostras
<b>136</b>	<b>Sonda de Foley Nº 18</b> Sonda foley, 2 vias, nº 18, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/conexão multiajustável. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático. Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. Abnt e registro na anvisa.	Unidade	200	Solidor ou amostras
<b>137</b>	<b>Sonda de Foley Nº 20</b> Sonda foley, 2 vias, nº 20, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso	Unidade	200	Solidor ou amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

	autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/conexão multiajustável. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático. Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. Abnt e registro na anvisa.			
<b>138</b>	<b>Sonda de Foley Nº 22</b> Sonda foley, 2 vias, nº 22, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/conexão multiajustável. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático. Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. Abnt e registro na anvisa.	Unidade	200	Solidor ou amostras
<b>139</b>	<b>Sonda Vesical de Alívio Nº 12</b> Sonda uretral nº 12 descartável siliconizada, estéril, transparente atóxico, apirogênico com boa flexibilidade, que proporcione penetração atraumática, e orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros. Conector universal, resistente c/ ajuste seguro e tampa protetora segura e de fácil manuseio. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas.e mbalagem segura que roporcione abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade, conf. Abnt e registro na anvisa.	Unidade	30000	Markmed ou Amostras
<b>140</b>	<b>Sonda Vesical de Alívio Nº 10</b> - Sonda uretral nº 10 descartável siliconizada, estéril, transparente atóxico, apirogênico com boa flexibilidade, que proporcione penetração atraumática, e orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros. Conector universal, resistente c/ ajuste segur	Unidade	5.000	Markmed ou Amostras
<b>141</b>	<b>Termômetro</b> Termômetro digital visor extra grande características: termômetro clínico digital, indicado para medição da temperatura corpórea. Fácil leitura com números do visor grandes e nítidos. Possuir um bip alertando o estado febril. Fácil limpeza com algodão ou gaze embebida em álcool 70ºgl, antes e depois do uso. Visor de cristal líquido e com indicador de bateria fraca.	Unidade	20	G-tech ou Amostras



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

<b>142</b>	<b>Teste Biológico</b> - Indicador Biológico para Esterilização a vapor - Os indicadores Clean-Test são utilizados para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Cada I.B Clean-Test possui uma população mínima 10 <sup>5</sup> ou 10 <sup>6</sup> de esporos bacterianos de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953. Este sistema é codificado pela cor marrom. Caixa com 10 Unidades	Caixa	250	Clean Test ou Amostras
<b>143</b>	<b>Tubo extensor de PVC atóxico</b>	Unidade	100	Catálogo
<b>144</b>	<b>Vaselina</b> Líquida concentrada, termoresistente, límpida, incolor não fluorescente, inodora e insípida. Isenta de impurezas, frasco 1000ml, resistente, seguro e de fácil manuseio, contendo identificação do produto, lote e validade.	Litro	24	Rioquímica ou Amostras ou Catálogo com descritivos